

表 2

## 國立臺灣大學醫學院暨公共衛生學院財物/勞務規格書

財物/勞務名稱：臺大醫學院 108 年度實驗室耗材集中採購案案號：1073C014第一組、離心管

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 2 項次 6 品項；各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 1-1：離心管 15mL  品項編號：1-1-A  品項編號：1-1-B  品項編號：1-1-C</p> <p>項次 1-2：離心管 50mL  品項編號：1-2-A  品項編號：1-2-B  品項編號：1-2-C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 材質：(附原廠證明文件)  管身-保證非再製聚丙烯 (virgin polypropylene) 為 Class VI 等級  管蓋-高密度保證非再製聚乙烯 (virgin high density polyethylene) 為 Class VI 等級,不含重金屬</li> <li>■ 滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL) (附原廠證明文件)。</li> <li>■ 保證無影響活體致熱源 (nonpyrogenic)，材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL (附原廠證明文件)</li> <li>■ 管身上有刻度且最小刻度：15mL 離心管為 0.5mL、50mL 離心管為 2.5mL</li> <li>■ 管身上有白色標記區塊</li> <li>■ 保證無 DNase / RNase (附原廠證明文件)</li> <li>■ 通過滲漏以及離心耐受 (&gt;8,300xg) 測試 (附原廠證明文件)</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。  註 2：本案採分項單價複數決標。  註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u>  (2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。  (3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第二組、Culture Plate 細胞培養盤

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 5 項次 10 品項，各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 2-1：細胞培養盤 6 well            品項編號：2-1-A            品項編號：2-1-B</p> <p>項次 2-2：細胞培養盤 12 well            品項編號：2-2-A            品項編號：2-2-B</p> <p>項次 2-3：細胞培養盤 24 well            品項編號：2-3-A            品項編號：2-3-B</p> <p>項次 2-4：細胞培養盤 48 well            品項編號：2-4-A            品項編號：2-4-B</p> <p>項次 2-5：細胞培養盤 96 well            品項編號：2-5-A            品項編號：2-5-B</p> <p>■ 材質：Plate-保證非再製聚苯乙烯(virgin polystyrene)通過 USP 測試，為 Class VI 等級（附原廠證明文件）</p> <p>■ 滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL）(附原廠證明文件) 』。</p> <p>■ 保證無影響活體致熱源（nonpyrogenic），材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL（附原廠證明文件）</p> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1071C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u></p> <p>(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

### 第三組、Dish 培養皿

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 4 項次 9 品項，各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 3-1：培養皿 直徑 35 mm (高度 10 mm)            品項編號：3-1-A            品項編號：3-1-B            品項編號：3-1-C</p> <p>項次 3-2：培養皿 直徑 60 mm (高度 15 mm)            品項編號：3-2-A            品項編號：3-2-B</p> <p>項次 3-3：培養皿 直徑 100 mm (高度 20 mm)            品項編號：3-3-A            品項編號：3-3-B</p> <p>項次 3-4：培養皿 直徑 150 mm (高度 20~30 mm)            品項編號：3-4-A            品項編號：3-4-B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 材質：保證非再製聚苯乙烯 (clear virgin polystyrene) 為 Class VI 等級 (附原廠證明文件)</li> <li>■ 特殊表面處理通過 Cell Culture Treatment 測試 (附原廠證明文件)</li> <li>■ 滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL) (附原廠證明文件) 』。</li> <li>■ 保證無影響活體致熱源 (nonpyrogenic)，材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL (附原廠證明文件)</li> <li>■ 特殊堆疊環 (stacking beads) 設計</li> <li>■ 設有透氣縫細 (vent)</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u></p> <p>(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第四組、Flasks 細胞培養瓶

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 4 項次 10 品項，各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 4-1：細胞培養瓶 25 cm<sup>2</sup>            品項編號：4-1-A            品項編號：4-1-B            品項編號：4-1-C</p> <p>項次 4-2：細胞培養瓶 75 cm<sup>2</sup>            品項編號：4-2-A            品項編號：4-2-B            品項編號：4-2-C</p> <p>項次 4-3：細胞培養瓶 150 cm<sup>2</sup>            品項編號：4-3-A</p> <p>項次 4-4：細胞培養瓶 175 cm<sup>2</sup>            品項編號：4-4-A            品項編號：4-4-B            品項編號：4-4-C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 產品通過漏出測試</li> <li>■ 材質：Flask-保證非再製聚苯乙烯（virgin polystyrene）通過 USP 測試，為 Class VI 等級（附原廠證明文件）            Cap-管蓋-高密度保證非再製聚乙烯（virgin high density polyethylene）通過 USP 測試，為 Class VI 等級，不含重金屬（附原廠證明文件）</li> <li>■ 滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL）（附原廠證明文件）。</li> <li>■ 保證無影響活體致熱源（nonpyrogenic），材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL（附原廠證明文件）</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。            註 2：本案採分項單價複數決標。            註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u>            (2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。            (3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。            註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第五組、Pipette tip 微量吸管尖

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 3 項次 4 品項，各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 5-1：微量吸管尖 10<math>\mu</math>L  品項編號：5-1-A  品項編號：5-1-B</p> <p>項次 5-2：微量吸管尖 200<math>\mu</math>L  品項編號：5-2-A</p> <p>項次 5-3：微量吸管尖 1000<math>\mu</math>L  品項編號：5-3-A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 材質：保證非再製聚丙烯（virgin polypropylene）為 Class VI 等級（附原廠證明文件）</li> <li>■ 保證無 DNase / RNase（附原廠證明文件）</li> <li>■ 保證無影響活體致熱源（nonpyrogenic），材質中內毒素濃度 &lt; 0.5EU/mL（附原廠證明文件）</li> <li>■ 耐受溫度 -80<math>^{\circ}</math>C ~ 121<math>^{\circ}</math>C，耐高溫高壓滅菌（Autoclavable）</li> <li>■ 可適用於各大廠牌 Pipettors，Ex: Biohit、Corring Coster、Eppendorf、Finnpipette、Gilson、Hamilton、High Rech Lab、Labnet、Matrix、Mettler Toledo、Nichiryo、Rainin Socorex 等各大知名廠牌之分注器</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010（臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案）（以下簡稱前案）投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u></p> <p>(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第六組、Gel-Loading Tip 電泳樣品專用微量吸管尖

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 2 項次 2 品項，各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 6-1：電泳樣品專用微量吸管尖 10<math>\mu</math>L（圓頭） 外徑 0.17mm~0.57mm 珈瑪射線滅菌法 品項編號：6-1-A</p> <p>項次 6-2：電泳樣品專用微量吸管尖 200<math>\mu</math>L（圓頭） 外徑 0.17mm~0.57mm 珈瑪射線滅菌法 品項編號：6-2-A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 材質：保證非再製聚丙烯（virgin polypropylene）為 Class VI 等級（附原廠證明文件）</li> <li>■ 保證無 DNase / RNase（附原廠證明文件）</li> <li>■ 保證無影響活體致熱源（nonpyrogenic），材質中內毒素濃度 &lt; 0.5EU/mL（附原廠證明文件）</li> <li>■ 耐受溫度 -80<math>^{\circ}</math>C ~ 121<math>^{\circ}</math>C，耐高溫高壓滅菌（Autoclavable）</li> <li>■ 可適用於各大廠牌 Pipettors，Ex: Biohit、Corring Coster、Eppendorf、Finnpipette、Gilson、Hamiton、High Rech Lab、Labnet、Matrix、Mettler Toledo、Nichiryo、Rainin Socorex 等各大知名廠牌之分注器</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010（臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案）（以下簡稱前案）投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u></p> <p>(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第七組、Pipette 刻度吸管

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 3 項次 7 品項，各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 7-1：刻度吸管 5mL            品項編號：7-1-A            品項編號：7-1-B</p> <p>項次 7-2：刻度吸管 10mL            品項編號：7-2-A            品項編號：7-2-B</p> <p>項次 7-3：刻度吸管 25mL            品項編號：7-3-A            品項編號：7-3-B            品項編號：7-3-C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 材質：(附原廠證明文件)              Pipette -- 聚苯乙烯 (serological polystyrene) 通過 Cytotoxicity Test              Mouthpiece plug -- 棉質 (cotton) 或聚酯 (polyester) 通過 Cytotoxicity Test              Ink -- 通過 Cytotoxicity Test</li> <li>■ 滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL) (附原廠證明文件) 』。</li> <li>■ 保證無影響活體致熱源 (nonpyrogenic)，材質中內毒素濃度 &lt; 0.5EU/mL (附原廠證明文件)</li> <li>■ 管身上有顏色標記直條 (不同的顏色標記直條代表不同容量之滴管)</li> <li>■ 管身長 &gt; 13.5cm</li> <li>■ 包裝為每一單支包裝且包裝袋為一半紙一半塑膠設計</li> <li>■ 管身上印有遞增以及遞減兩種容量標記 (5mL 之反向標記最小標記為 0.5mL)</li> <li>■ 當溶液裝至最大量時其準確誤差值在 2% 以內 (附原廠證明文件)</li> <li>■ 每支印有批號</li> <li>■ 10mL pipette 與 pipette-aid 接頭以及下方液體流出處為兩段式設計</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u></p> <p>(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第八組、Cryogenic Vial 冷凍小管

項目	品名及規格
	<p>採購標的：共計分為下列 2 項次 4 品項，各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 8-1：冷凍小管 2 mL(內旋蓋)            品項編號：8-1-A            品項編號：8-1-B</p> <p>項次 8-2：冷凍小管 2 mL(外旋蓋)            品項編號：8-2-A            品項編號：8-2-B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 產品通過漏出測試（附原廠證明文件）。</li> <li>■ 材質：Vial-保證非再製聚丙烯（virgin polypropylene）通過 USP 測試，為 Class VI 等級（附原廠證明文件）              Cap-保證非再製聚丙烯（virgin polypropylene）通過 USP 測試，為 Class VI 等級（附原廠證明文件）              Washer-矽利康(Silicone)</li> <li>■ 滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL）(附原廠證明文件)。</li> <li>■ 保證無影響活體致熱源（nonpyrogenic），材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL（附原廠證明文件）</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。            註 2：本案採分項單價複數決標。            註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u>            (2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。            (3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>



## 第九組、FILTER 過濾頭/器

項目	品名及規格
	<p>採購標的：共計分為下列 2 項次 3 品項，各項契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 9-1：過濾頭/器 FILTER 500ml            品項編號：9-1-A            品項編號：9-1-B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Product Description: 500ml bottle top filter, 45mm neck size,</li> <li>■ Membrane：polyethersulfone (PES) membrane, 0.22μm pore size.</li> <li>■ Funnel &amp; Funnel Lid: Virgin Polyethylene</li> <li>■ Funnel Adapter &amp;: Virgin High Density Polyethylene</li> <li>■ Hose Connector: Heavy metal free</li> <li>■ Gasket：Polyethylene Foam liner</li> <li>■ Adapter Plug: Cellulose Acetate</li> <li>■ Sterilization: Sterility Assurance Level: SAL 10</li> <li>■ Membrane Bacterial Retention: retentive at a concentration of 10<sup>7</sup> organisms/cm<sup>2</sup></li> <li>■ 保證無影響活體致熱源 (nonpyrogenic)，材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL (附原廠證明文件)</li> </ul> <p>項次 9-2：過濾頭/器 FILTER 150ml            品項編號：9-2-A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Product Description: 150ml bottle top filter, 45mm neck size,</li> <li>■ Membrane: polyethersulfone (PES), 0.22μm pore size.</li> <li>■ Funnel &amp; Funnel Lid: Virgin Polyethylene</li> <li>■ Funnel Adapter &amp;: Virgin High Density Polyethylene</li> <li>■ Hose Connector: Heavy metal free</li> <li>■ Gasket: Polyethylene Foam liner</li> <li>■ Adapter Plug: Cellulose Acetate</li> <li>■ Sterilization: Sterility Assurance Level: SAL 10</li> <li>■ Membrane Bacterial Retention: retentive at a concentration of 10<sup>7</sup> organisms/cm<sup>2</sup></li> <li>■ 保證無影響活體致熱源 (nonpyrogenic)，材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL (附原廠證明文件)</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。            註 2：本案採分項單價複數決標。            註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u>            (2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。            (3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。            註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第十組、Syringe Filter 針筒過濾頭/器(MCE)

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 6 項次 6 品項，各組契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>(一) 項次 10-1：針筒過濾頭/器 MCE syringe filter            濾膜孔徑大小：0.2 μm~0.22μm            品項編號：10-1-A</p> <p>項次 10-2：針筒過濾頭/器 MCE syringe filter            濾膜孔徑大小：0.45 μm            品項編號：10-2-A</p> <p>■產品應用：水溶液之過濾滅菌。</p> <p>■過濾膜材質：Mixed Cellulose Esters (MCE) membrane</p> <p>■濾膜直徑大小：25 mm 以上~35mm</p> <p>■最大過濾體積：100 ml 以上</p> <p>■最大殘留體積：&lt; 100 μl</p> <p>■有效過濾面積：2.6 cm<sup>2</sup> 以上</p> <p>■最高耐受壓力：5.2 bar 以上</p> <p>■滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL) (附原廠證明文件)。</p> <p>■最高操作溫度：45 °C</p> <p>■保證無影響活體致熱源 (nonpyrogenic)，材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL (附原廠證明文件)</p> <p>■單顆無菌包裝</p> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u></p> <p>(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第十組、Syringe Filter 針筒過濾頭/器 (PES)

項目	品 名 及 規 格
	<p>(二) 項次 10-3：針筒過濾頭/器 PES syringe filter            濾膜孔徑大小：0.2 μm~0.22μm            品項編號：10-3-A</p> <p>項次 10-4：針筒過濾頭/器 PES syringe filter            濾膜孔徑大小：0.45 μm            品項編號：10-4-A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■產品應用：組織培養液與添加劑、蛋白質溶液、病毒懸浮液或 DNA 等其他水溶液之過濾滅菌。</li> <li>■過濾膜材質：Hydrophilic Polyethersulfone (PES) membrane</li> <li>■濾膜直徑大小：25 mm~35mm</li> <li>■最大過濾體積：200 ml 以上</li> <li>■最大殘留體積：&lt; 100 μl</li> <li>■有效過濾面積：2.6 cm<sup>2</sup> 以上</li> <li>■最高耐受壓力：5.2 bar 以上</li> <li>■滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL) (附原廠證明文件)。</li> <li>■最高操作溫度：45 °C</li> <li>■保證無影響活體致熱源 (nonpyrogenic)，材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL (附原廠證明文件)</li> <li>■單顆無菌包裝</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。            註 2：本案採分項單價複數決標。            註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，<u>本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</u>            (2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。            (3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第十組、Syringe Filter 針筒過濾頭/器(PVDF)

項目	品 名 及 規 格
	<p>(三)項次 10-5：針筒過濾頭/器 PVDF syringe filter            濾膜孔徑大小：0.2 μm~0.22μm            品項編號：10-5-A</p> <p>項次 10-6：針筒過濾頭/器 PVDF syringe filter            濾膜孔徑大小：0.45 μm            品項編號：10-6-A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■產品應用：含高濃度蛋白質水溶液之過濾滅菌。</li> <li>■過濾膜材質：Hydrophilic PVDF (PVDF) membrane</li> <li>■濾膜直徑大小：25 mm~35mm</li> <li>■最大過濾體積：100 ml 以上</li> <li>■最大殘留體積：&lt; 100 μl</li> <li>■有效過濾面積：2.6 cm<sup>2</sup> 以上</li> <li>■最高耐受壓力：5.2 bar 以上</li> <li>■滅菌：利用伽瑪射線滅菌法達到 Sterility Assurance Level SAL) (附原廠證明文件。</li> <li>■最高操作溫度：45 °C</li> <li>■保證無影響活體致熱源 (nonpyrogenic)，材質中內毒素濃度&lt;0.5EU/mL (附原廠證明文件)</li> <li>■單顆無菌包裝</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第十一組、高轉速微量離心管

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 1 項次 3 品項，各組契約單價均含營業稅，幣別為新台幣。</p> <p>項次 11-1：內容量 1.5ml~1.75ml 高轉速微量離心管</p> <p>品項編號：11-1-A</p> <p>品項編號：11-1-B</p> <p>品項編號：11-1-C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 原料: 非再製聚丙烯(VIRGIN POLYPROPYLENE)</li> <li>■ 耐受溫度-80℃~121℃，耐高溫高壓滅菌(Autoclavable)</li> <li>■ 最高轉速可達 20,000 x g 以上</li> <li>■ 高透明度，可清楚看見內容物</li> <li>■ 不易殘留 Sample，不易沾黏 Protein</li> <li>■ 可使用於 Phenol/Chloroform 混合</li> <li>■ Nonpyrogenic，Nuclease(DNase、RNase) Free，Endotoxin(Pyrogen) Free</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第十二組、PCR 反應管

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：共計分為下列 1 項次 3 品項，各組契約單價均含營業稅，幣別為新台幣</p> <p style="text-align: center;">項次 12-1：0.2ml PCR 反應管</p> <p style="text-align: center;">品項編號：12-1-A</p> <p style="text-align: center;">品項編號：12-1-B</p> <p style="text-align: center;">品項編號：12-1-C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 原料: 非再製聚丙烯(VIRGIN POLYPROPYLENE)</li> <li>■ 耐受溫度-80℃~121℃，耐高溫高壓滅菌(Autoclave)</li> <li>■ 超薄管壁，熱傳導快速均勻</li> <li>■ 管壁硬度均勻，不易變形</li> <li>■ 高透明度，可清楚看見內容物</li> <li>■ 不易殘留 Sample</li> <li>■ Nonpyrogenic，Nuclease(DNase、RNase) Free，Endotoxin(Pyrogen) Free</li> <li>■ 無 PCR inhibitors</li> <li>■ 可耐離心力 20,000 x g 以上</li> <li>■ 可適用於各大廠牌 Thermocyclers，Ex: Applied Biosystems、Bio Rad、Eppendorf、Labnet、Thermo Scientific 等各大知名廠牌之 PCR Workstation</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：(1)投標廠商曾參與本院案號 1061C010 (臺大醫學院 107 年度實驗室耗材集中採購案)(以下簡稱前案)投標並得標本品項，本案亦投標相同廠牌型號產品者，可不攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p style="padding-left: 2em;">(2)前案未投標、未得標或投標與前標案不同廠牌型號者，請攜帶投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p style="padding-left: 2em;">(3)如經開資格規格標審核後應攜帶樣本而未攜帶者，本品項視為不合格，不得參與本品項價格標議價。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

### 第十三組、kimwipes 拭鏡紙

項目	品名及規格
	<p>採購標的：共計分為下列 1 項次 1 品項，各組契約單價均含營業稅，幣別為新台幣</p> <p style="text-align: center;">項次 13-1：拭鏡紙 品項編號：13-1-A 拭鏡紙</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■材質：高品質原木纖維</li><li>■尺寸：10 x 20 cm 以上</li><li>■包裝：每盒 260 張以上</li><li>■擦拭玻璃表面時不會造成表面刮傷</li><li>■不會殘留纖維在擦拭物體表面</li><li>■具有優良的張力強度，不易撕裂</li><li>■對於水性溶液與油脂性溶液均具有良好的吸附力</li></ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：投標廠商請攜投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>

## 第十四組、Gloves 手套

項目	品 名 及 規 格
	<p>採購標的：採購標的：共計分為下列 1 項次 2 品項，各組契約單價均含營業稅，幣別為新台幣</p> <p style="text-align: center;">項次 14-1 手套 100% natural rubber latex</p> <p style="text-align: center;">品項編號 14-1-A：手套 100% natural rubber latex</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■Material：100% natural rubber latex.</li> <li>■Type：Non-sterile</li> <li>■Size：Extra-small, Small, Medium, Large, Extra-large</li> <li>■Thickness (Cuff)：Plam mim. 0.15 mm, Finger min. 0.15 mm</li> <li>■Flat Width: 105±2 /95±2 / 85±2</li> <li>■The sum of all particles shall be less than 100pcr cube feet for particle size groater than or equal 0.5 to 5 micron meter.</li> <li>■Packaging: 100 gloves per dispenser box</li> </ul> <p style="text-align: center;">項次 14-2 手套 Nitrile</p> <p style="text-align: center;">品項編號 14-2-A：手套 Nitrile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■Material：Nitrile</li> <li>■Type：Non-sterile</li> <li>■Size：Extra-small, Small, Medium, Large, Extra-large</li> <li>■Thickness (Cuff)：Palm min: 3.5 mils; Finger min: 4.7 mils</li> <li>■Glove Interior：Powder-free</li> <li>■Glove Exterior：Textured fingers</li> <li>■Packaging: 100 gloves per dispenser box</li> </ul> <p>註 1：本案所提供之數量為本院預估數量非保證採購數量。</p> <p>註 2：本案採分項單價複數決標。</p> <p>註 3：投標廠商請攜投標產品樣本至規格標開標現場。</p> <p>註 4：請詳閱投標須知規定。</p>
<p>一、(一)財物---履約期限：<u>108</u>年<u>1</u>月<u>1</u>日起至民國<u>108</u>年<u>12</u>月<u>31</u>日。</p> <p>二、付款方式：依請購單位需求通知分批交貨，分批驗收合格後付款。</p>	